

Državni zakonik

za

kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane.

Kos XLIV. — Izdan in razposlan dne 1. septembra 1882.

121.

Ukaz ministerstva za deželno bran in finančnega ministerstva od 31. julija 1882,

s katerim se ministerski ukaz od 1. julija 1879 (Drž. zak. št. 94), dajoči izvršitvena določila k postavi o nastanovanji vojakov od 11. junija 1879 (Drž. zak. št. 93) popravlja.

Ukaz ministerstva za deželno bran in finančnega ministerstva od 1. julija 1879 (Drž. zak. št. 94), o izvršitvi postave za nastanovanje vojaščine od 11. junija 1879 (Drž. zak. št. 93), popravlja se po nekem delu, v dogovoru z državnim vojnim ministerstvom, takó le:

1. Določilo tega ukaza:

k izkazu *B*, I *a*) točka 9 (Drž. zak. stran 393) naj slove:

k izkazu *B*, I *a*) točka 9.

Za vsak pododdel naj se dá eno Pilhalovo ali Groyerjevo ali sicer pripravno ognjišče s toliko ognji, kolikor jih bode treba po številu moštva (vendar brez kuhinjskega posodja).

Ognjišča so celokupni deli kuhinje ter se ne štejejo k opravi.

Če se uporabljajo Pilhalova ognjišča, mora tudi v zasilnih vojašnicah ena kuhinja z 1—2 ognji zalegati 20—25 metrov doljnje površine.

2. Določilom tega ukaza: k izkazu *D* (Drž. zak. stran 394) pristavlja se naslednje določilo:

k izkazu *D*, *a*) točka 4 in *b*), točka 3.

Kuhinje hiš za bolehnje ali bolehnice in vojaških bólnic morajo imeti vsaka po 1 kotlišče in po 1 prihranjevalno ognjišče kot celokupni sestavini poslopja v primeri k prostoru za bolnike.

3. Nasproti naj se izbrišeta, kakor ne spadajoč v izkaz o potrebnih kosih pohišne oprave:

a) Določilo uže omenjenega ukaza, priloga III, točka III, lit. *F* (Drž. zak. stran 400):

- „Vsakemu pododdelu eno Pilhalovo ognjišče s toliko ognji, kolikor jih pride po številu kotlov, v primeri k številu ali stanu pododdela“, in
- b) Nadaljšnje določilo tega ukaza, priloga III, oprava bolehalnic, lit i) (Drž. zak. stran 410):
- „1 ognjišče s kotlom (kotlišče) } po številu bolnikov.“
 1 hranilno ognjišče }

Dunajewski s. r.

Welsersheimb s. r.

122.

Razglas ministerstva za trgovino od 9. avgusta 1882,

^s katerim se dajó na znanje dodatna določila k meroizkusnemu redu od 19. decembra 1872 (Drž. zak. št. 171), po tem k propisom o preizkušnji in štempljanji posod za mleko z mersko palico (Drž. zak. od 1. 1879 št. 107).

V zvršbo postave od 23. julija 1871 (Drž. zak. od 1. 1872 št. 16) oznanjujejo vsem in vsacemu naslednji dodatki k meroizkusnemu redu od 19. decembra 1872 (Drž. zak. št. 171), po tem k propisom o preizkušnji in štempljanji posod za mleko z mersko palico (Drž. zak. od 1. 1879 št. 107), katere je ukrenila c. kr. prvomerska komisija.

Pino s. r.

Drugi dodatek k propisom

o preskuševanju in štempljanji posod za mleko z mersko palico (Drž. zak. od 1. 1879 št. 107).

Mlekarske posode ali mlečnjaki z mersko palico, ki so narejeni iz pokositerjene železne ali jeklene pločevine (lista, pleha), pripuščajo se k preskusu in štempljanji po meri naslednjih določil:

1. Mlečnjake je narejati v valjasti obliki iz železne ali jeklene pločevine, ki je dovolj v primeri k njihovi velikosti debela, ter jim mora površina od zunaj in od znotraj biti pokositerjena (pocinjena) s finim ali čistim kositerom. Dna na notranji strani naj bodo ravna ter dobro podkrepiti s podloženimi križi iz kovine ali kako drugače, n. pr. z leseno ploščo vdeto med dvojno dno iz pločevine.

2. Promer takih posod ne sme 500 milimetrov presežati in razlika promerov na dnu in gornjem kraju posode ne čez 2 odstotka od promera iznašati.

3. Železna merska palica mora biti po vsi svoji dolgosti s čistim kositerom pokositerjena. Dopusča se na mesto merske palice, namestiti lestvico na dveh diametralno nasprotnih mestih notranje obline posodne.

Delilo lestvično sme se pri posodah promera do 280 milimetrov začenjati z 1 litrom. Pri posodah s promerom čez 280 do 370 milimetrov lestvica ne sme začenjati se z manj nego 5 litri in pri posodah s promerom čez 370 milimetrov ne z manj nego 10 litri.

4. Na vnani posodni oblini mora biti nameščen pokositerjen ščit iz kovine, kateri nosi napis: „Mlečnjak z mersko palico (oziroma lestvico) do . . . L.“ in

število litrov primerno poslednji delilni zarezi lestvice, in pa razdaljo med prvo delilno zarezo lestvice in doljnjim koncem merske palice (odnosno pri posodah s trdno lestvico med notranjo ploskvijo dna), izraženo v milimetrih. Zvezo ščita s posodo treba je na dveh mestih s štempljem zagotoviti in zatrditi.

5. Preizkus naj se opravlja po navodilu. Štempljati se sme posoda samo tedaj, kadar odstop preskušanih delilnih zarez od dolžne vrednosti ne preseže 0.25 litra, ter se v veličini zapored idočih delov lestvice ne kažejo lahko vidni razločki.

6. Štempelj se udarja na mersko palico, odnosno na lestvico, trdó na prvo in poslednjo zarezo lestvice, pristavlja je letnico na tem poslednjič omenjenem mestu; dalje na vnanjem ostenku posode s postavljeno letnico (prim. št. 4).

Zgoraj nad poslednjo delilno zarezo lestvice in na ščitu na vnanji oblini posode namestiti je tekočo številko, pod katero je posoda v meroizkusni vpisnik vpisana s postavljenim pred njo znamenjem **M**.

V nameščanje štempljev itd. naj bodo na omenjenih mestih kositerne ali cinove kaplje.

Meroizkustvene pristojbine.

Kot meroizkustvene pristojbine naj se zaračunajajo:

A. Za preskus in štempljanje za vsakih 5 litrov vsebine 4 kr.

B. Za preskus, brez štempljanja, polovica pristojbine po A gredoče.

Pristojbine ostajajo neizpremenjene, kadar se k posodi uže oštempljani nova merska palica preskuša in štemplja.

Na Dunaji, dne 21. junija 1882.

C. kr. prvomerska komisija:

Herr s. r.

Osmi dodatek k meroizkusnemu redu od 19. decembra 1872.

K §^{ra} 29.

I. V oziru na naprave premičnih uteži pri vagah mostovnicah.

Vsled §^{ra} 29, točke f) meroizkusnega reda od 19. decembra 1872, pripuščajo se k preskusu in štempljanju mostovnice po svojem drugem svojstvu dopuščene, katere namesto skledice (utežnice) za pokladanje uteži imajo napravo za vaganje s premično utežjo in lestvico, ali poleg skledice še enakšno napravo premične uteži. Gledé uvetov, pod katerimi se take vage pripuščajo, stopijo na mesto določil obseženih v §. 29, točki f), naslednja določila:

1. Naprave za vaganje s premično utežjo in lestvico dopuščajo se samo pri takih mostovnicah, katerih nosilnost ne iznaša manj nego 200 kilogramov.

2. Razdelilo lestvic mora biti kar je moči enolično narejeno po kilogramih in decimalnih podrazdelkih, ter ne sme najmanja razdalja med dvema bližnjima delilnima črtama biti manjša od 2 milimetrov.

3. Dopusčeno je po dve ali po več lestvic z različnimi premičnimi utežmi nameščati eno poleg druge ali nad drugo.

4. Dopusča se, postavljanje največje premične uteži na vodove dolžine celemu številu kilogramov primerne olajševati in zagotovljati z zarezi na vodu ali na šini, v katere vpada s premično utežjo trdno zvezana zmet ali kaj takega. Ali vsakakor mora tu biti še tudi prilična lestvica, s katere je moči stanje premične uteži čitati s pomočjo znamke na njem nameščene.

5. Premične uteži smejo ali z obesilom, ki morajo z njim biti neodločno zvezane, počivati na osi, ki je trdno zvezana s premičnim oklopkom, ali pa se lahko tudi neposrednje na gredelnici, odnosno na šinah premikajo.

V obeh slučajih morajo uteži hoditi v premih (ravnih) črtah, ki so vzporedne z ravnino položeno skozi vrtilno os gredelnice in končno os breme noseče vodove rame.

6. Da ostane naprava premičnih uteži neizpremenjena in da se tudi razdelba mase po njej ne premeni, mora biti dovolj zagotovljeno z obliko, tvarino in drugim svojstvom naprave same. Dopusčene so tudi take naprave, pri katerih premična utež sama nosi manjšo premično utež z lestvico, ali pa samo premično lestvico.

Če so na napravi kaki vijaki, ne smejo biti snemni.

7. Kadar ima vaga tudi utežno skledico, sme biti le-ta nameščena samo na taki vodovi dolžini, ki odgovarja decimalnemu ali centezimalnemu razmerju med utežjo in bremenom.

II. V oziru na najmanjo dopustno nosilnost pri vagah mostovnicah.

V tanji izvod predposlednjega odstavka v §. 29 meroizkusnega reda od 19. decembra 1872 določuje se, da se k preskusu in štempljanju pripuščajo samo decimalne mostovnice najmanj po 20 kilogramov nesoče in centezimalne mostovnice najmanj po 200 kilogramov nesoče.

K §^{ta} 22.

V oziru na štempljanje vag mostovnic s premično utežjo.

Pri mostovnicah opravljenih s premično utežjo udarjati je štempelj na glavnem vodu tik ali trdo za poslednjo delilno zarezo lestvično. Takisto dobode vsaka druga lestvica, katero bi vaga imela, en štempelj precej za poslednjo delilno zarezo. Dalje je nameščati po en štempelj na vsako premično utež precej poleg znamke, s katere se teža čita.

Na omenjenih mestih naj se naredi zatik ali plošča iz mehke kovine, ako bi dotične sestavine bile izdelane iz tvarine tako trde, da ne dopušča meroizkusnega štemplja udariti.

Na Dunaji, dne 21. junija 1882.

C. kr. prvomerska komisija:

Herr s. r.